

ALERTA DE CALIDAD DE INSUMOS MEDICOS	
N° Alerta: 01-2011	Fecha: 04 de noviembre de 2011
Nombre del Insumo Medico: GABACHA HOSPITALARIA TALLA S, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	
Nombre Comercial : BATA QUIRURGICA DESECHABLE	
Presentación: Caja x 50	
Nombre del Fabricante: H.B.M. CO, USA, INC./CHINA	
N° de lote: H003079	
N° de Registro: No aplica	
Fecha de Fabricación : 05/2010	
Fecha de Expiración: 04/2014	
Distribuidor/Suministrante: HEALTHCARE, S.A DE C.V	
Clasificación del defecto: Clase I	
Descripción de la falla de calidad: No apto para el uso humano, no cumple la prueba de esterilidad	
Medidas adoptadas/ Observaciones: El defecto de calidad clase I es el que está relacionado al incumplimiento de los parámetros físicos y Microbiológicos.	
<i>Cualquier consulta relacionada comuníquese a la Dirección de Medicamentos y Productos Sanitarios al Teléfono (503) 2202-7287, Telefax: (503) 2222-0714</i>	